

独立行政法人国立病院機構 宇多野病院 正常値一覧

項目名	基準値	単位
TP	6.6 ~ 8.1	g/dL
ALB	4.1 ~ 5.1	g/dL
T-BIL	0.4 ~ 1.5	mg/dL
D-BIL	0.0 ~ 0.4	mg/dL
ZTT	4 ~ 12	K.U
ALP	106 ~ 322	U/L
ChE	M 240 ~ 486 F 201 ~ 421	U/L
LAP	34 ~ 69	IU/L
AST	13 ~ 30	U/L
ALT	M 10 ~ 42 F 7 ~ 23	U/L
γ-GTP	M 13 ~ 64 F 9 ~ 32	U/L
LDH	124 ~ 222	U/L
アルトラーゼ*	~ 7.6	IU/L
CPK	M 59 ~ 248 F 41 ~ 153	U/L
AMY	44 ~ 132	U/L
GLU	73 ~ 109	mg/dL
UA	M 3.7 ~ 7.8 F 2.6 ~ 5.5	mg/dL
BUN	8.0 ~ 20.0	mg/dL
CRE	M 0.65 ~ 1.07 F 0.46 ~ 0.79	mg/dL
T-CHO	142 ~ 248	mg/dL
HDL-C	M 40 ~ 234 F 30 ~ 117	mg/dL
LDL-C	65 ~ 163	mg/dL
TG	M 38 ~ 90 F 48 ~ 103	mg/dL
Ca	8.8 ~ 10.1	mg/dL
IP	2.7 ~ 4.6	mg/dL
Fe	40 ~ 188	μg/dL
UIBC	M 111 ~ 255 F 137 ~ 325	μg/dL
Na	138 ~ 145	mmol/L
Cl	101 ~ 108	mmol/L
K	3.6 ~ 4.8	mmol/L
CRP	0.00 ~ 0.14	mg/dL
フェニトイン		
フェノバルビタール		
カルバマゼピン		
エトサキシミド*		
パルプロ酸Na		
IgG	861 ~ 1747	mg/dL
IgA	93 ~ 393	mg/dL
IgM	M 33 ~ 183 F 50 ~ 269	mg/dL
C3	73 ~ 138	mg/dL
C4	11 ~ 31	mg/dL
CH50	32 ~ 49	mg/dL
HbA1c	4.9 ~ 6.0	%(NGSP)

項目名	基準値	単位
HBs抗原	(-)	
RPR	(-)	
TP抗体	(-)	
HCV抗体	(-)	
HIV1,2抗体	(-)	
WBC	33 ~ 86	×10 ² /μL
RBC	M 435 ~ 555 F 386 ~ 492	×10 ⁴ /μL
Hb	M 13.7 ~ 16.8 F 11.6 ~ 14.8	g/dL
Ht	M 40.7 ~ 50.1 F 35.1 ~ 44.4	%
Plt	15.8 ~ 34.8	×10 ⁴ /μL
PT	11.0 ~ 14.0	秒
APTT	26 ~ 41	秒
Fib	200 ~ 400	mg/dL
血液ガス分析		
pH	7.38 ~ 7.46	
PCO2	32.0 ~ 46.0	
PO2	74.0 ~ 108.0	
HCO3	21.0 ~ 29.0	
BE	-2.0 ~ 2.0	
O2CT	18.0 ~ 22.0	
O2SAT	92.0 ~ 96.0	
TCO2	22.0 ~ 30.0	
PT %	70 ~ 120	%
INR	0.90 ~ 1.26	
APTT	25.0 ~ 40.0	秒
Fib	200 ~ 400	mg/dL
尿一般定性		
比重	1.010 ~ 1.025	
pH	4.8 ~ 7.5	
蛋白定性	(-)	
糖定性	(-)	
ケトン体	(-)	
潜血	(-)	
ウロビリノゲン	0.1 ~ 1.0	EU/dL
ビリルビン	(-)	
亜硝酸	(-)	
白血球	(-)	
尿蛋白定量	10 以下	
尿糖定量	20 以下	
便潜血		
オルトリジン	(-)	
グアヤック	(-)	
便人ヘモグロビン	(-)	

赤字: 共用基準範囲導入に伴う変更
作成日: 2018年10月18日

項目名	基準値	単位
BAS	0 ~ 1.0	%
EOS	0 ~ 6.0	%
NEU	37.0 ~ 72.0	%
LYM	20.0 ~ 50.0	%
Mo	0 ~ 14.0	%
MCV	83.6 ~ 98.2	fL
MCH	27.5 ~ 33.2	pg
MCHC	31.7 ~ 35.3	g/dL

項目名	基準値	単位
ビタミンB12	233 ~ 914	pg/mL
プロラクチン	<i>M</i> 4.3 ~ 13.7	ng/mL
	<i>F</i> 4.9 ~ 29.3	
葉酸	2.4 ~ 9.8	ng/mL
FT3	2.1 ~ 4.2	pg/mL
FT4	0.97 ~ 1.72	ng/dL
TSH	0.54 ~ 4.54	μ Iu/mL
RPR法	(-)	
TPHA法	(-)	

赤字: 共用基準範囲導入に伴う変更
作成日: 2018年10月18日

尿沈渣

項目名	基準値	単位
白血球	3個以下	1視野
赤血球	1個以下	1視野

- ★上記の値は明確な基準値ではなく目安です。
- ★その他の項目については、検出された時だけ検査用紙に記載されます。

作成日: 2017年7月7日